



ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS
NATIONAL INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF SERBIA



www.nsseme.com

institut@nsseme.com • www.ifvcns.rs

Институт за ратарство и повртарство Нови Сад
Број:11-53/2082-5
Нови Сад: 04.06.2019.

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама, достављамо измене и допуне конкурсне документације јавне набавке добара ЈН33/2019: Опрема за пројекте.

На страни 11/85 и страни 45/85 конкурсне документације за Partija O11 - Mini dataloger за merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha ДОДАЈЕ СЕ нова ставка бр.2. која је грешком изостављена.

2	Univerzalni interfejs za 174H1	kom	1
---	--------------------------------	-----	---

Стари обрасци се замењују новим и моле се понуђачи да на овим обрасцима достављају своје понуде.

Комисија за јавне набавке





Partija O11 - Mini dataloger za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha			
Procenjena vrednost u din (bez PDV-a) - 48.000,00			
R.B.	Naziv i opis	Pakovanje	Količina (broj pakovanja)
1	Mini dataloger za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha. Memorija: 16.000 upisa Temperatura cuvanja: -40 to +70 °C Operativna temperatura: -20 to +70 °C NTC SONDA Merni temperaturni opseg: -20 to +70 °C Preciznost: ±0.5 °C (-20 to +70 °C) Rezolucija: 0.1 °C SONDA RELATIVNE VLAZNOSTI Merni opseg: 0 to 100 %rF Preciznost: ±3 %RH (2 to 98 %RH) ±0.03 %RH/K Rezolucija: 0.1 %RH (Testo 174H ili odgovarajući)	kom	3
2	Univerzalni interfejs za 174H1	kom	1



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ЈН 33/2019

ОПРЕМА ЗА ПРОЈЕКТЕ

PARTIJA 11: MINI DATALOGER ZA MERENJE TEMPERATURE I RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA

ПОНУЂАЧ:

ПОНУДА бр. _____

R.B.	Naziv dobra	Jedinica mere	Količina	Cena po jedinici mere, bez PDV-a	Ukupna vrednost, bez PDV-a	Upisati naziv proizodača
1	Mini dataloger za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha. Memorija: 16.000 upisa Temperatura cuvanja: -40 to +70 °C Operativna temperatura: -20 to +70 °C NTC SONDA Merni temperaturni opseg: -20 to +70 °C Preciznost: ±0.5 °C (-20 to +70 °C) Rezolucija: 0.1 °C SONDA RELATIVNE VLAZNOSTI Merni opseg: 0 to 100 %rF Preciznost: ±3 %RH (2 to 98 %RH) ±0.03 %RH/K	kom	3			



ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS
NATIONAL INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF SERBIA



www.nsseme.com

institut@nsseme.com • www.ifvcns.rs

	Rezolucija: 0.1 %RH (Testo 174H ili odgovarajući)					
2	Univerzalni interfejs za 174H1	kom	1			

Укупна цена без ПДВ-а:	
Обрачунати ПДВ:	
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :	
РОК ИСПОРУКЕ	
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 60 дана):	

М.П.

Потпис одговорног лица:

